

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2021 年第 5 期（总第 5 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2021 年 7 月 8 日

2021 年 6 月 18 日，为切实做好实验室安全工作，学院副院长刘志鹏、乐祥鹏、范成勇和大型仪器中心主任刘权，实验室安全工作小组成员常生华、杨倩、吴淑娟，办公室马宝宏和黄文丽对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查，大部分实验室的安全管理及环境卫生状况较之前有了很大改善，但个别实验室仍存在安全隐患，要求限期整改。

碧野楼 804 实验室废液桶管理规范，提出表扬，其他实验室需借鉴学习。




一、主要存在隐患和问题


插线板未固定；钢瓶固定不牢；废液桶未贴标签；配置溶液标识不清；仪器使用记录本未登记；消防通道堆放杂物等；高压灭菌锅无操作规程且无上岗证。

二、现场照片









三、实验室问题清单

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	实验台摆放试剂未贴标签	建议规范配置溶液标签	立即	已整改
碧野楼 106	吴彩霞 高红娟	气瓶固定不牢	建议固定气瓶	6月21日	已整改
碧野楼 106	吴彩霞 高红娟	插线板未固定	建议固定插线板	6月21日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	插线板未固定	建议固定插线板	6月21日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	试剂标识不清	建议规范配置溶液标签	6月21日	已整改
碧野楼 4楼	侯扶江 常生华	消防通道堆放杂物	建议清理干净,保障消防通道畅通	6月25日	已整改
碧野楼 406	侯扶江 常生华	试剂标识不清	建议规范配置溶液标签	6月21日	已整改
碧野楼 406	侯扶江 常生华	移液器位置摆放不当	建议将移液器架摆放在实验台上	立即	已整改
碧野楼 509	王静 吴淑娟	装液氮保温瓶未标识	建议规范标签	立即	已整改
碧野楼 509	王静 吴淑娟	超净工作台堆放耗材	建议清理超净工作台	6月21日	已整改
碧野楼 509	王静 吴淑娟	通风橱摆放硝酸	建议规范试剂管理	6月21日	已整改
碧野楼 6楼	沈禹颖 杨倩	平台堆放杂物	建议清理干净	7月31日	尚未完成
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚	试剂标识不清	建议规范配置试剂标签	6月21日	已整改
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚	低温保存箱晃动	建议固定保存箱	6月25日	已整改
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚	废液桶未贴标签	建议贴标签	6月21日	已整改
碧野楼 802	张吉宇 谢文刚	插线板未固定	建议固定插线板	6月21日	已整改
碧野楼 804	李发弟 翁秀秀	通风橱卫生较差	建议安排好值日生,确保室内卫生状况良好	6月21日	已整改

碧野楼 807	韩云华	仪器使用记录本未登记	建议做好使用记录	6月21日	已整改
碧野楼 807	韩云华	实验台卫生较差	建议安排好值日生,确保室内卫生状况良好	6月21日	已整改
生物楼 407	梁天刚 冯琦胜	杂物乱堆放	建议清理干净	6月25日	已整改
岫云楼 308	李春杰 古丽君	刀具乱摆放且存在安全隐患	建议收纳在柜子里或栓上铁链,加强刀具管理	6月21日	已整改
岫云楼 312	李春杰 古丽君	高压灭菌锅无操作规程且无上岗证	建议补充操作规程并持有上岗证	6月21日	部分已整改,目前正在准备参加上岗证考试
岫云楼 312	李春杰 古丽君	溶液标签不规范	建议规范溶液标签	6月21日	已整改